


## Proovinõu markeerimine

- Proovinõu markeerimise eest vastutab proovimaterjali võtja. Laboril ei ole õigust markeeringut muuta.
- Markeering proovinõul ja saatekirjal/tellimusel peavad olema üheselt kokkuviidavad.
- Kui proovimaterjal eraldatakse originaal-proovinõust teise proovinõusse, on vajalik teine proovinõu märgistada sama markeeringuga.

- Proovinõu markeerida patsiendi juures ribakoodi kleebisega või veekindla markeriga:
  - patsiendi andmed kirjutada alati proovinõu seinale (kleebisele), mitte kaanele või korgile;
  - ribakood kleepida proovinõule vertikaalselt ülevalt alla alates etiketi ülemisest servast, otse ja siledalt (Joonis 1).



Joonis 1

- Katsutile kleepida korraga 1 ribakood.
- Ribakoodi ülemisse ja alumisse serva ei tohi käsitsi markeeringut lisada. (Joonis 2, a) Vajadusel kirjutada küljele. (Joonis 2, b)
- Immunohematoloogiliste uuringute puhul peab vereproovi katsuti olema märgistatud järgmiste andmetega (Joonis 3):

- 1) patsiendi ees- ja perekonnanimi;
- 2) patsiendi identifitseerimisnumber, isikukood või sünniaeg.

*NB! Sama info peab kaasnema elektroonilise tellimusega.*


- Cito! kleeps panna etiketivabale pinnale. Ei tohi panna korgile ega ribakoodi peale. (Joonis 4)



Joonis 2



Joonis 3



Joonis 4